

III. Aparatura monitorizare-defibrilare-evaluare, administrare medicamente/solutii(cerintele minime)

	Echipament	C1	B1/C2	B2	A1	A2	MU	AMD	ELI	AV	NAV
1	Defibrilator / monitor EKG manual cu stimulator cardiac extern	+	+ C2	-	-	-	+	-	+	+	-
2	Defibrilator semiautomat	-	+ B1	+	-	-	-	+	-	-	+
3	Tensiometru automat (poate fi integrat in defibrilator cu exceptia elicopterului si a avionului)	+	+ C2	-	-	-	+	-	+	+	-
4	Pulsoximetru (poate fi integrat in defibrilator cu exceptia elicopterului si a avionului)	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+
5	Capnometru (poate fi integrat in defibrilator cu exceptia elicopterului si a avionului)	+	+ C2	-	-	-	+	-	+	+	-
6	Termometru central (poate fi integrat in defibrilator cu exceptia elicopterului si a avionului)	+	+ C2	-	-	-	+	-	+	+	-
7	Monitor EKG cu pulsoximetru, capnometru, TA invaziv, TA neinvasiv, termometru central.	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
8	Injectomat (Seringa automata)	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-
9	Sistem incalzire solutii perfuzabile	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-
10	Glucometru	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-
11	Stetoscop	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
12	Tensiometru manual	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
13	Lampa pentru examinarea pupilelor	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
14	Ciocan reflexe	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-
15	Dispozitiv pentru perfuzie sub presiune	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-

IV. Materiale sanitare (cerintele minime)

	Echipament	C1	B1/C2	B2	A1	A2	MU	AMD	ELI	AV	NAV
1	Sonde de aspiratie tip Yankauer	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Sonde de aspiratie flexibile endotraheale / incl. pediatrice	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
3	Seringi 5 si 10 ml	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
4	Truse perfuzie	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
5	Seringi si truse pentru injectomat	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-
6	Sonde de intubatie traheala (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10)	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-
7	Sonde de intubatie traheala (6,7,8,9)	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+
8	Combitube / easytube (2 marimi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
9	Masca laringeana (adulti / copii)	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-
10	Trusa minitraheostomie	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-
11	Paturi minimum 2	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
12	Cearceaf	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
13	Fesi si pansamente sterile si ne-sterile	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+
14	Truse pentru drenaj toracic (2 adulti / 2 copii)	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-
15	Pansamente speciale pentru arsuri si folie	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+
16	Container "pentru replantare" cu mentinerea temperaturii interne la 4 +/- 2°C, pentru cel putin 2 ore	+	+	+	-	-	+	-	+	-	+
17	Tavita renala	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
18	Saci pt. voma	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
19	Trusa sondaj urinar / pungi colectoare urina	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-
20	Plosca urinara	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
21	Container materiale ascutite	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22	Sondaj gastric	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-
23	Manusi chirurgicale sterile	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-
24	Manusi nesterile / de consult / de unica folosinta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
25	Canule intravenoase periferice diferite marimi adulti/copii	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
26	Catetere acces IV central	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-
27	Ac pentru acces intraosos pediatric	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-
28	Valiza / rucsac pentru materialele de interventie portabile	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+

Comentarii:

1. O ambulanta tip C care nu respecta cerintele minime pentru ambulanta tip C1 sau C2 se va clasifica ca ambulanta tip B1 cu conditia sa aiba toate cerintele minime ale unei ambulante tip B1.
2. In ambulanta tip C1, elicopter si avion echipamentele de resuscitare si management al cailor respiratorii vor trebui sa existe in dublura, un set in valiza si unul in masina in sertare sau dulap imediat accesibil fara sa fie necesara deschiderea valizei.
3. Ambulantele care vor efectua transferul nou-nascutilor vor trebui sa aiba in dotare incubator incalzit si echipamentele necesare asigurarii asistentei de urgenta a nou-nascutului.
4. Ambulantele care vor efectua transfer sau interventie al nou-nascutilor aflati in stare critica vor avea dotarea necesara si personalul special instruit in ingrijirea nou-nascutilor aflati in stare critica. Dotarea va fi similara unei ambulante tip C, din care se exclude materialele necesare interventiei la cazurile de trauma, si se aduga incubatorul, ventilatorul, echipamentele de resuscitare adaptate si medicatia necesara.
5. Medicatia si echipamentele din liste sint doar cele minime obligatorii pentru fiecare mijloc de interventie / transport. La aceste liste se pot adauga si restul materialelor si medicamentelor considerate necesare potrivit tipului mijlocului de interventie si categoria personalului care ii deserveste.
6. Ambulantele tip B2 si autospecialele destinate consultatiilor la domiciliu pot avea sisteme de transmisie de date in vederea efectuarii transmisiilor EKG si a altor parametri la centrele de expertiza.